



## Analysecertificaat

**NATRIUM-SELENIET 500µG/10ML**

**Charge: 131112-001**

**Exp: 11/2015**

Pagina:

1 van 1

<b>Parameter</b>	<b>analysemethode</b>	<b>specificatie</b>	<b>uitkomst</b>
Voorkomen	visueel	heldere vial >10 ml, heldere vloeistof kleurloos, zilver/blauw gestreepte aluminium cap	conform
Gehalte Na-Seleniet.5H <sub>2</sub> O	ICP-MS	eis 95-105% bij vrijgifte, 90-110% einde hbb	104,5%
Deeltjes ≥10 µm	EP	eis <6000	345
Deeltjes ≥25 µm	EP	eis <600	1
Steriliteit	EP	eis steriel	steriel
Endotoxines	EP	eis <20EU/ml	<9 EU/ml

Goedkeuring:

*Opm: Uiterlijk is gewijzigd sinds juli 2013: de vials hebben een rode flip-off cap gekregen ivm gebruiksgemak.*

datum: 24-12-2013

N. van Klei  
manager quality/pharmacist